

## Kontrolle eines FKO-Gerätes



Abb. 8 a bis e

- Vorbereitung für die Kontrolle eines FKO-Gerätes
- u. c) Prüfung der Weichgewebefunktion bei Lippenpelotten zur Vermeidung von Druckstellen
- Wirkung und Halt der Apparatur bei Vorverlagerung prüfen
- Sitz des Labialbogens prüfen, bei Bedarf Aktivierung durch Fingerdruck oder mittels Hohlkehlzange